ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及びトレーナー器　仕様書

１　品名及び数量

（１）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）　　１台

（２）ＡＥＤトレーナー器　　１台

２　仕様

（１）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

①　機器本体及び使用するパッドは医療用具（除細動器）として薬事法の承認を得ていること。

②　非医療従事者用であること。

③　ＪＲＣ蘇生ガイドライン 2010 対応であること。

④　機械が毎日、自動的にバッテリー、内部回路及びパッドの状態を点検する自動セルフテスト機能を有していること。また、不具合が生じた場合には音声及び表示で警告するものであること。

⑤　通電波形は二相性波形であること。

⑥　除細動不要な心電図を認識した時点で除細動をキャンセルする機能をもつこと。

⑦　操作者が 30 秒以内にショックボタンを押さなかった場合には、自動的に内部放電するものであること。

⑧　日本語で、音声及び映像（イラストと文字）による操作指示の機能を有していること。

⑨　バッテリー方式であること（充電式は含まないものとする）。

⑩　電極パッドは、成人用・小児用共通であること。また、使用期限が２年以上であること。

⑪　電極パッドをＡＥＤ本体に接続した状態で保管できること。

⑫　種々の体形や体位に対応可能な２枚に分かれた電極パッドであること。

⑬　次の付属品を備えていること。

ア　バッテリー　１個

イ　電極パッド　２組

※うち１組は、本体に接続した状態で収納していること。

ウ　キャリングケース（肩掛け機能付き）　１個

エ　ＡＥＤ消耗品交換時期タグ　１個

オ　ＡＥＤ設置表示用ステッカー　２枚

カ　取扱説明書（日本語）　１部

キ　救急セット

※救急セットは、ＡＥＤを使用した心肺蘇生法の実施に必要な用具を備えたものであること。

（例）感染防止用手袋１組、ハサミ１個、カミソリ１個、ペーパータオル２枚、蘇生用マウスピース１個

※救急セットは、ＡＥＤと合わせてキャリングケースに収納できること。

（２）ＡＥＤトレーナー器

① 上記のＡＥＤと同じモデルであること。

② 実際のＡＥＤと同様の操作手順であること。

③ ＪＲＣ蘇生ガイドライン 2010 に準拠した心肺蘇生法の訓練ができるものであること。

④ 数種類の蘇生シナリオが選択可能であること。

⑤ 次の付属品を備えていること。

ア トレーナー用電極パッド ２組

イ 収納バッグ １個

ウ 取扱説明書（日本語） １部

３ 納入場所

学校保健課（市役所） 横須賀市小川町 11 番地

４ 納入期限

平成 27 年 1 月 23 日（金）

５ 保証

（１）ＡＥＤについて、受注者は、納入後、５年以内に市の責めよらない事由により故障等が発生した場合は、無償でこれを修理または取替え、その他必要な措置を講じること。

（２）受注者は、ＡＥＤ及びＡＥＤトレーナー器の使用及び維持管理などの問い合わせに対して丁寧に対応すること。

６ 提出書類

受注者は、納入終了後、完了届を提出するものとする。

７ その他

（１）受注者は、納入の際、取扱いの説明を十分に行うこと。

（２）受注者は、学校保健課と打ち合わせのうえ、その指示に従うこと。

（３）本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じる事項については、学校保健課と協議すること。

連絡先　　横須賀市教育委員会学校教育部学校保健課保健係
ＴＥＬ　０４６－８２２－８４８６
ＦＡＸ　０４６－８２２－６８４９